



β₂-m CONTROL

β₂-microglobulin Control / β₂-microglobulina Control
Turbidimetry / Turbidimetria

Quantitative determination of β₂-microglobulin (β₂-m) IVD
Store at 2 - 8°C.

Determinación cuantitativa de β₂-microglobulina (β₂-m) IVD
Conservar a 2 - 8°C.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The control is a lyophilised human serum containing β₂-m used to evaluate the precision and accuracy of β₂-m determinations in human serum by turbidimetry method.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El suero control es un suero humano liofilizado que contiene β₂-m utilizado para la evaluación de la precisión y exactitud de las determinaciones de β₂-m en suero humano mediante método turbidimétrico.

REAGENTS

β ₂ -m Control	Human serum. With a low concentration level of β ₂ -m. The β ₂ -m concentration is stated on the vial label.
---------------------------	--

REACTIVOS

β ₂ -m Control	Suero humano. Con un bajo nivel de concentración de β ₂ -m. La concentración de β ₂ -m viene indicada en la etiqueta del vial.
---------------------------	--

PRECAUTIONS

Components from human origin have been tested and found negative for the presence of HBsAg, HCV and antibody to HIV (1/2). However, handle cautiously as potentially infectious.

PRECAUCIONES

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

CALIBRATION

The concentration value of the control is calibrated against the 1st International Standard ERM-DA470k/IFCC.

CALIBRACION

El valor de concentración del control está estandarizado frente al 1st International Standard ERM-DA470k/IFCC.

PREPARATION

Reconstitute (→) with 2.0 mL of distilled water. Mix thoroughly, avoiding foam forming. Bring at room temperature for about 10 minutes before use.

PREPARACION

Reconstituir (→) el liofilizado con 2,0 mL de agua destilada. Disolver mediante agitación suave, evitando la formación de espuma. Reposar a temperatura ambiente unos 10 minutos antes de usarlo.

STORAGE AND STABILITY

The control is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.

CONSERVACION Y ESTABILIDAD

El control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad.

After reconstitution, stable for 10 days at 2-8°C or 6 months at -20°C.

Después de la reconstitución del vial, es estable 10 días a 2-8°C o 6 meses a -20°C.

PROCEDURE

To be used in turbidimetric assay.

PROCEDIMIENTO

Se utiliza en ensayos turbidimétricos o nefelométricos.

PACKAGING

Ref: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL

PRESENTACION

Ref: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL



β₂-m CONTROL

β₂-microglobulin Control / β₂-microglobulina Control
Turbidimetry / Turbidimetria

Quantitative determination of β₂-microglobulin (β₂-m) IVD
Store at 2 - 8°C.

Determinación cuantitativa de β₂-microglobulina (β₂-m) IVD
Conservar a 2 - 8°C.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The control is a lyophilised human serum containing β₂-m used to evaluate the precision and accuracy of β₂-m determinations in human serum by turbidimetry method.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El suero control es un suero humano liofilizado que contiene β₂-m utilizado para la evaluación de la precisión y exactitud de las determinaciones de β₂-m en suero humano mediante método turbidimétrico.

REAGENTS

β ₂ -m Control	Human serum. With a low concentration level of β ₂ -m. The β ₂ -m concentration is stated on the vial label.
---------------------------	--

REACTIVOS

β ₂ -m Control	Suero humano. Con un bajo nivel de concentración de β ₂ -m. La concentración de β ₂ -m viene indicada en la etiqueta del vial.
---------------------------	--

PRECAUTIONS

Components from human origin have been tested and found negative for the presence of HBsAg, HCV and antibody to HIV (1/2). However, handle cautiously as potentially infectious.

PRECAUCIONES

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

CALIBRATION

The concentration value of the control is calibrated against the 1st International Standard ERM-DA470k/IFCC.

CALIBRACION

El valor de concentración del control está estandarizado frente al 1st International Standard ERM-DA470k/IFCC.

PREPARATION

Reconstitute (→) with 2.0 mL of distilled water. Mix thoroughly, avoiding foam forming. Bring at room temperature for about 10 minutes before use.

PREPARACION

Reconstituir (→) el liofilizado con 2,0 mL de agua destilada. Disolver mediante agitación suave, evitando la formación de espuma. Reposar a temperatura ambiente unos 10 minutos antes de usarlo.

STORAGE AND STABILITY

The control is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.

CONSERVACION Y ESTABILIDAD

El control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad.

After reconstitution, stable for 10 days at 2-8°C or 6 months at -20°C.

Después de la reconstitución del vial, es estable 10 días a 2-8°C o 6 meses a -20°C.

PROCEDURE

To be used in turbidimetric assays.

PROCEDIMIENTO

Se utiliza en ensayos turbidimétricos.

PACKAGING

Ref: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL

PRESENTACION

Ref: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL





β_2 -m CONTROL

Contrôle β_2 -microglobuline / β_2 -microglobulina Controlo

Turbidimétrie / Turbidimetria

Détermination quantitative de β_2 -microglobuline (β_2 -m) IVD

À conserver entre 2 et 8 °C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le sérum de contrôle est un sérum humain lyophilisé contenant de la β_2 -m, utilisé pour évaluer l'exactitude et la précision des déterminations de β_2 -m dans un sérum humain par la méthode turbidimétrique.

RÉACTIFS

Contrôle β_2 -m	Sérum humain. Avec un faible niveau de concentration de β_2 -m. La concentration de β_2 -m est indiquée sur l'étiquette du flacon.
-----------------------	--

PRÉCAUTIONS

Tous les composants d'origine humaine ont donné des résultats négatifs à l'antigène HBs, HCV et à l'anti-VIH (1/2). Ils doivent, néanmoins, être traités avec précaution comme potentiellement infectieux.

ÉTALONNAGE

La valeur de concentration du contrôle est normalisée par rapport au 1er standard international ERM-DA 474/IFCC.

PRÉPARATION

Reconstituer (→) le produit lyophilisé avec 2,0 ml d'eau distillée. Dissoudre en agitant doucement en évitant la formation de mousse. Laisser reposer à température ambiante environ 10 minutes avant de l'utiliser.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Le sérum de contrôle est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage, si le flacon est maintenu bien fermé entre 2 et 8 °C et en évitant sa contamination lors de son utilisation. Ne pas utiliser de réactifs après leur date d'expiration.

Après la reconstitution du flacon, il est stable pendant 10 jours entre 2 et 8 °C ou 6 mois à -20 °C.

PROCÉDURE

Elle est utilisée lors d'essais turbidimétriques ou néphélométriques

PRÉSENTATION

Réf : 1107034

Cont.

 1 x 2 mL

Determinação quantitativa de β_2 -microglobulina (β_2 -m) IVD

Conservar a 2 - 8°C.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O soro controlo é um soro humano liofilizado que contém β_2 -mutilizado para a avaliação da precisão e exatidão das determinações de β_2 -m em soro humano mediante método turbidimétrico.

REATIVOS

β_2 -m Control	Soro humano. Com um baixo nível de concentração de β_2 -m. A concentração de β_2 -m está indicada na etiqueta do recipiente.
----------------------	--

PRECAUÇÕES

Todos os componentes de origem humana foram negativos para el antígeno HBs, HCV e para o anti-HIV (1/2). Porém, devem ser tratados com precaução como potencialmente infecciosos.

CALIBRAÇÃO

O valor de concentração do controlo está estandarizado pelo 1º International Standard ERM-DA470k/IFCC.

PREPARAÇÃO

Reconstituir (→) o liofilizado com 2,0 mL de água destilada. Dissolver agitando suavemente, evitando a formação de espuma. Repousar a temperatura ambiente durante 10 minutos antes de usá-lo.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

O controlo é estável até a data de validade indicada na embalagem quando se mantém o recipiente bem fechado a 2-8°C, e se evita a contaminação durante o seu uso. Não utilizar reativos que tenham passado a data de validade.

Depois da reconstituição do recipiente, é estável 10 dias a 2-8°C ou 6 meses a -20°C.

PROCEDIMENTO

Utiliza-se em ensaios turbidimétricos ou nefelométricos.

APRESENTAÇÃO

Ref: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL



β_2 -m CONTROL

Contrôle β_2 -microglobuline / β_2 -microglobulina Controlo

Turbidimétrie / Turbidimetria

Détermination quantitative de β_2 -microglobuline (β_2 -m) IVD

À conserver entre 2 et 8 °C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le sérum de contrôle est un sérum humain lyophilisé contenant de la β_2 -m, utilisé pour évaluer l'exactitude et la précision des déterminations de β_2 -m dans un sérum humain par la méthode turbidimétrique.

RÉACTIFS

Contrôle β_2 -m	Sérum humain. Avec un faible niveau de concentration de β_2 -m. La concentration de β_2 -m est indiquée sur l'étiquette du flacon.
-----------------------	--

PRÉCAUTIONS

Tous les composants d'origine humaine ont donné des résultats négatifs à l'antigène HBs, HCV et à l'anti-VIH (1/2). Ils doivent, néanmoins, être traités avec précaution comme potentiellement infectieux.

ÉTALONNAGE

La valeur de concentration du contrôle est normalisée par rapport au 1er standard international ERM-DA 474/IFCC.

PRÉPARATION

Reconstituer (→) le produit lyophilisé avec 2,0 ml d'eau distillée. Dissoudre en agitant doucement en évitant la formation de mousse. Laisser reposer à température ambiante environ 10 minutes avant de l'utiliser.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Le sérum de contrôle est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage, si le flacon est maintenu bien fermé entre 2 et 8 °C et en évitant sa contamination lors de son utilisation. Ne pas utiliser de réactifs après leur date d'expiration.

Après la reconstitution du flacon, il est stable pendant 10 jours entre 2 et 8 °C ou 6 mois à -20 °C.

PROCÉDURE

Elle est utilisée lors d'essais turbidimétriques ou néphélométriques

PRÉSENTATION

Réf: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL

Determinação quantitativa de β_2 -microglobulina (β_2 -m) IVD

Conservar a 2 - 8°C.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O soro controlo é um soro humano liofilizado que contém β_2 -mutilizado para a avaliação da precisão e exatidão das determinações de β_2 -m em soro humano mediante método turbidimétrico.

REATIVOS

β_2 -m Control	Soro humano. Com um baixo nível de concentração de β_2 -m. A concentração de β_2 -m está indicada na etiqueta do recipiente.
----------------------	--

PRECAUÇÕES

Todos os componentes de origem humana foram negativos para el antígeno HBs, HCV e para o anti-HIV (1/2). Porém, devem ser tratados com precaução como potencialmente infecciosos.

CALIBRAÇÃO

O valor de concentração do controlo está estandarizado pelo 1º International Standard ERM-DA470k/IFCC.

PREPARAÇÃO

Reconstituir (→) o liofilizado com 2,0 mL de água destilada. Dissolver agitando suavemente, evitando a formação de espuma. Repousar a temperatura ambiente durante 10 minutos antes de usá-lo.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

O controlo é estável até a data de validade indicada na embalagem quando se mantém o recipiente bem fechado a 2-8°C, e se evita a contaminação durante o seu uso. Não utilizar reativos que tenham passado a data de validade.

Depois da reconstituição do recipiente, é estável 10 dias a 2-8°C ou 6 meses a -20°C.

PROCEDIMENTO

Utiliza-se em ensaios turbidimétricos.

APRESENTAÇÃO

Ref: 1107034

Cont.

 1 x 2 mL

